仪器中心液质联用系统定期维护记录

检查项目	nLc 液相 Flash air（两台）	nLc 液相流动相（两台）	nLc 液相洗针液（两台）	nLc 液相废液（两台）	离子传输管清洗	滤网清灰	震气	标准液校正（Fusion 和 Plus）
要求及间隔时间	2 天一次（开机后多做几次）	2 周更换一次，要超声 15min 除气泡。	2 周更换一次	2 周清理一次	2-3 周清洗一次（50%甲醇水超声 15min，再用甲醇超声 15min，氮气吹干）。	卸下后，清水冲洗，晾干。	2 周一次	保证 2 周 check 或者评估一次，1 个月校正一次。
维护日期								
维护日期								
维护日期								
维护日期								
维护日期								
维护日期								
维护日期								
维护日期								
维护日期								
维护日期								
维护日期								